



日期
Date: 2020.07.28

收件日期
Date of Receipt: 2020.07.13

試驗報告
TEST REPORT

土城場區
TUCHENG

正 本
ORIGINAL

報告編號 TFF9G323 數量 1件 報告頁次/頁數 (P2/5) 來文字號 空 白
Report No.: Quantity: Page Order/Pages: Ref. No.:

報告抬頭 勤達醫療器材股份有限公司(T7786) 試件類別 口罩
Report Title: Item:

地址 220 新北市板橋區民生路一段33號22樓之1
Address:

試 驗 項 目	試 驗 結 果	試 驗 方 法
吸氣阻抗(Pa)	1	118.58
	2	109.76
	3	108.78
	4	105.84
	5	108.78
	6	111.72
	7	103.88
	8	107.80
	9	105.84
	10	111.72
	平均	109.27
呼氣阻抗(Pa)	1	115.64
	2	109.76
	3	106.82
	4	105.84
	5	104.86
	6	109.76
	7	101.92
	8	105.84
	9	107.80
	10	110.74
	平均	107.90

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

註: 依委託者所提供來樣資料為: 醫療口罩

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果, 不對產品合法性做判斷。

附記: 1.本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。

Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所

所長授權核發人:

Authorized by president of

Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 高瑞宏
主任

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax: +886-2-22675103, +886-2-22689339